

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Producent: LECHPOL ELECTRONICS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.  
08-400 Garwolin, Miętne ul. Garwolińska 1

Wyrób: Pulsoksymetr napalcowy  
Marka: TEESA  
Model: TSA8071 (BM100D), TSA8070 (BM1000C)

Opisany powyżej wyrób jest zgodny z następującymi dyrektywami  
Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z późniejszymi zmianami, które dotyczą:

1. Dyrektywa 93/42/EEC - kod CE0123 (TUV)

standard ; EN ISO 13485:2016

klasa produktu IIb (średnie / wysokie)

2. ROHS 2011/65/EU

3. EMC

IEC 60601-1-2:2014  
ISO 80601-2-61:2011

Firma LECHPOL ELECTRONICS oświadcza, że niniejsza deklaracja została wydana na jej wyłączną odpowiedzialność

Miętne, dnia 21.11.2020r.

*Mariusz Leszek*  
Prezes Zarządu Komplementariusza  
LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. k.